

Naručilac: Univerzitet Crne Gore-Rektorat u ime i za račun Metalurško-tehnološkog fakulteta
Broj: 05/1-2-1-681
Mjesto i datum: Podgorica ,31.05.2019.godine

**OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA
NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Univerzitet Crne Gore - Rektorat u ime i za račun Metalurško- tehnološkog fakulteta	Lice/a za davanje i nformacija: Žarko Radović
Adresa: Cetinjski put, bb	Poštanski broj: 81000
Sjedište: Podgorica	PIB: 02016702
Telefon: 020 245 406	Faks: 020 245 406
E-mail adresa: mtf@ucg.ac.me , zarkor@ucg.ac.me	Internet stranica: www.mtf.ac.me

II Predmet nabavke:

- ☒ robe
☐ usluge
☐ radovi

III Opis predmeta nabavke:

Laboratorijska oprema za doktorska istraživanja Metalurško-tehnološki fakultet .
39300000-5 Razna oprema

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Predmet javne nabavke se nabavlja:

- ☒ kao cjelina, ukupne procijenjene vrijednosti 4.400,00 eur-a sa uračunatim pdv-om.

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1.	Varijabilna mikropipeta,	10-100µl	Kom.	1
2.	Varijabilna mikropipeta,	0,5-10µl	Kom.	1
3.	Varijabilna mikropipeta,	100-1000µl	Kom.	1
4.	Nastavci za automatsku pipetu,	1-100µl Pakovanje: 96 komada	Kom.	5
5.	Nastavci za automatsku pipetu,	0,5-10µl Pakovanje: 1000 komada	Kom.	1
6.	Nastavci za automatsku pipetu,	100-1000µl Pakovanje: 1000 komada	Kom.	1
7.	Keramičke ladice,	48x26x10mm	Kom.	5
8.	Mikrocentrifuške epruvete,	2ml Pakovanje: 500 komada	Kom.	2
9.	Epruvete za uzorke, plastične, 5ml, nesterilne, sa zatvaračem	5ml, nesterilne, sa zatvaračem Pakovanje: 100 komada	Kom.	1
10.	Staklene epruvete, sa čepom,	7ml, 13x100ml Pakovanje: 200 komada	Kom.	1
11.	Troelektrodna ćelija za elektrohemijsko ispitivanje	Bazna ćelija sa dodatkom (poklopac)	Kom.	1
12.	Ultrazvučna kada	Tehnicke karakteristike: - dimenzije 240 x 137 x 150 - zapremina 4 l - napajanje 220 V / 50 Hz - snaga grejaca 250 W - VF snaga 100 / 200 - radna frekvencija 40 - temperatura 65°C Model: Vims Sonic 4 GT ili ekvivalent Garancija : min. 12 mjeseci	Kom.	1
13.	Peć za žarenje	- model Vims FLPŽ-300 ili ekvivalent - dimenzije radnog prostora.....Ø60/L350 - kordijerit temperaturno otporan do 1 500° C	Kom.	

		sa grejačima zatvorenog tipa - grijači peći - legirana elektrootporne žica "kanthal A1" - izolacija - keramička vlakna na bazi aluminijum oksida otporna do 1 250 °C - spoljašnji plašt peći - prokronski lim - noseći deo peći - plastificiran dekapirani lim - bočni otvori Ø55-60 bez vrata za zatvaranje - dužina peći - 500mm - snaga grijača 3 KW / 220 V 50 Hz - sonda NiHrNi - digitalna regulacija temperature - radna temperatura -50° – 1100 °C (max1200°C) - tačnost održavanja temperature + - 0,1° C - ISO 9001:2008 i ISO 13485:2003 Garancija : min. 12 mjeseci		1
--	--	---	--	---

NAPOMENA: Za sve stavke se od isporučiooca opreme podrazumijeva instalacija i puštanje u rad.

V Ishod postupaka nabavke male vrijednosti je

☒ obustavlja se

VI Razlozi za obustavljanje postupka nabavke:

Službenik konstatuje da ponuđač nije dostavio Izjavu da pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću ispunjava uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama, a što je bio dužan uslovima predviđenim Zahtjevom, te stoga svoju ponudu nije pripremio u skladu sa Obrascem koji priprema ponuđač, a što je predviđeno Zahtjevom za dostavljanjem ponuda, te je stoga ponuda ponuđača „PDG“ d.o.o. ocijenjena neispravnom.

Imajući u vidu navedene nepravilnosti u ponudi, Naručilac je ponudu ponuđača „PDG“ d.o.o. ocijenio neispravnom, jer u cjelosti ne ispunjava uslove utvrđene Zahtjevom za dostavljanje ponuda br. 05/1-2-1-599 od 15.05.2019.godine.

VII Rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

VIII Naziv ponudjača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija:

IX Cijena najpovoljnije ponude

X Sa izabranim ponuđačem naručilac

Službenik za javne nabavke
Željka Simonović



Odgovorno lice naručioca – starješina
Ovlašćeno lice naručioca
Prof.dr Danilo Nikolić

