

Naručilac: Univerzitet Crne Gore-Rektorat u ime i za račun Metalurško-tehnološkog fakulteta
Broj: 05/1-2-1-679
Mjesto i datum: Podgorica 31.05.2019.godine

**OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA
NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Metalurško-tehnološki fakultet	Lice/a za davanje i nformacija: Žarko Radović
Adresa: Cetinjski put, bb	Poštanski broj: 81000
Sjedište: Podgorica	PIB: 02016702
Telefon: 020 245 406	Faks: 020 245 406
E-mail adresa: mtf@ucg.ac.me	Internet stranica: www.mtf.ac.me

II Predmet nabavke:

- ☒ robe
☐ usluge
☐ radovi

III Opis predmeta nabavke:

Ostala oprema - Metalurško tehnološki fakultet
39300000-5 Razna oprema

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Predmet javne nabavke se nabavlja:

- ☒ kao cjelina, ukupne procijenjene vrijednosti 2000,00 eur-a sa uračunatim pdv-om.

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina

1.	Zasićena kalomelova elektroda	Standardna	Kom.	1
2.	Varijabilna mikropipeta,	10-100 μ l	Kom.	1
3.	Staklasti ugljenik,	25x25mm Alfa Aesar ili ekvivalent	Kom.	2
4.	Turbidimetar	Raspon: 0.00 do 1000 FTU Rezolucija: 0.01 (0.00 do 50.00 FTU); 1 (50 do 1000 FTU) Preziciznost: ± 0.5 FTU ili $\pm 5\%$ od očitavanja Kalibracija-3 tačke (0 FTU, 10 FTU i 500 FTU) Tip baterije / vijek trajanja: 1.5V AA (4) /oko 60h kontinuirane upotrebe ili 900 merenja Radno okruženje: 0 do 50°C (32 do 122°F); RH max 95% (nekondenzovano) Izvor svjetlosti- infrared LED Garancija : min 18 mjeseci	Kom.	1
5.	Analogni Voltmetar	- raspon mjerenja -(10Hz ~ 1MHz) -napon (-70dB ~ 40dB - 12 raspona, odmah dostupnih s velikim okretnim gumbom. 300uV. - frekvencija mjerenja: 10Hz ~ 1MHz. -amplituda mjerenja: - 70dB ~ + 40dB Model: Gwinstek GVT-417B ili ekvivalent Garancija : min 12 mjeseci	Kom.	1

NAPOMENA: Za sve stavke se od isporučioća opreme podrazumijeva instalacija i puštanje u rad.

V Ishod postupaka nabavke male vrijednosti je

☒ obustavlja se

VI Razlozi za obustavljanje postupka nabavke:

Službenik konstatuje da ponuđač u svojoj ponudi nije dostavio Izjavu da pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću ispunjava uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama, a što je bio dužan u skladu sa Obrascem koji priprema ponuđač i uslovima predviđenim Zahtjevom, te je stoga ponuda ponuđača „PDG“ d.o.o. ocijenjena neispravnom.

Imajući u vidu navedene nepravilnosti u ponudi, Naručilac je ponudu ponuđača „PDG“ d.o.o. ocijenio neispravnom, jer u cjelosti ne ispunjava uslove utvrđene Zahtjevom za dostavljanje ponuda br. 05/1-2-1-598 od 15.05.2019.godine.


VII Rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

VIII Naziv ponudjača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija:

IX Cijena najpovoljnije ponude

X Sa izabranim ponuđačem naručilac

Službenik za javne nabavke
Željka Simonović



Odgovorno lice naručioca – starješina
Ovlašćeno lice naručioca
Prof.dr Danilo Nikolić

